

KN-TCシリーズ

顔認証端末で、検知温度に補正をかけたい。

顔認証端末の温度検知精度を上げる為の操として、

実際に鑑計で測った鑑と顔認証端末の温度が違う場合、

顔認証端末の機能で調整(補正)をかけることが可能です。

画面長押ししてログインし、メインメニューから「鑑測定」の項目に入ります。

「温度補正」の項目がありますので、こちらから補正数値の入力が可能です。

(入力範囲-99.99-99.99)

例えば、鑑計で計測した実際の鑑が36.0、顔認証端末で表示された鑑が36.3の時、

"-0.3"と入力する事で、再度検知した際に顔認証端末側で補正をかけて36.0として記録します

。

定期的に補正をかけることで、より実際の鑑に近い検知が可能です。

一意的なソリューション ID: #1933

製作者: jss

最終更新: 2020-12-17 08:03